



P R E F E I T U R A D E  
**NOVO ORIENTE**



**ADENDO**

**INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.009/2022**

A Comissão de Pregão do Município de Novo Oriente, com sede na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, nomeada pela Portaria nº 017.01.01.2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve um adendo ao edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.009/2022**, nos termos abaixo especificados:

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.009/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA FERNANDES LEITÃO E MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE CE.

**ONDE SE LÊ:**

**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 28 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 09:00 ÀS 9:30 HORAS.

**DATA DA DISPUTA DE PREÇOS:** 28 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 9:30 HORAS.

**LEIA-SE:**



**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 05 DE DEZEMBRO DE 2022, AS 09:00 ÀS 9:30 HORAS .

**DATA DA DISPUTA DE PREÇOS:** 05 DE DEZEMBRO DE 2022, AS 9:30 HORAS

**ONDE SE LÊ:**

1	<p>Cama Hospitalar Motorizada Elétrica Fowler – RNVM Movimentos: 03 (dorso, perna, elevação) Dimensões: 1,95. x 0,95 x 0,42 (CxAxL) Dimensões do leito: 1,88 x 0,88 (CxL) Cabeceiras: removíveis injetadas (PU polietileno injetado). Grades Standart: tubulares de tombar 1,04 x 0,29 (CxA) Posições: 08 - fowler, semi-fowler, sentado, cardíaco, vascular, elevação de leito, trendelemburg, proclive. Controle remoto a fio. Rodízio nadDiagonal: 3” – 02 com freio, 02 sem freio. Leito em Chapa: 1,5mm. Cantoneira de 7/8 x 1/8. Tubo retangular: 25 x 50 x 2,00mm. Tubo redondo: 1 ¼ x 1,50mm. Barra chata: ¾ x 3/16. Acabamento: Pintura epóxi eletrostática a pó. Motor: LINEAR Bivolt. Bateria emergência (voltar posição horizontal). Capacidade: até 160kg. NÃO ACOMPANHA COLCHÃO. Garantia: 03 meses</p>
2	<p>Desfibrilador com Bateria - Ecafix - DF-03B Portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pés no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda “R”.Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo).Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade.Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e</p>



bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules. (\*Opcional.: entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias) Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções. Dimensões: 10,5(a) x 39(l) x 35(c) cm. Peso: 8,2 Kg. Fabricação Nacional. Possui registro ANVISA Observações: Todas as imagens dos produtos são ilustrativas. Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

**LEIA-SE:**

**Cama Hospitalar Motorizada Elétrica Fawler – RNVM OU SIMILAR**

Movimentos: 03 (dorso, perna, elevação)  
Dimensões: 1,95. x 0,95 x 0,42 (CxAxL) Dimensões do leito: 1,88 x 0,88 (CxL)  
Cabeceiras: removíveis injetadas (PU polietileno injetado).  
Grades Standart: tubulares de tombar 1,04 x 0,29 (CxA)  
Posições: 08 - fowler, semi-fowler, sentado, cardíaco, vascular, elevação de leito, trendelemburg, proclive.  
Controle remoto a fio.  
Rodízio nadDiagonal: 3" – 02 com freio, 02 sem freio.  
Leito em Chapa: 1,5mm.  
1 Cantoneira de 7/8 x 1/8.  
Tubo retangular: 25 x 50 x 2,00mm.  
Tubo redondo: 1 ¼ x 1,50mm.  
Barra chata: ¾ x 3/16.  
Acabamento: Pintura epóxi eletrostática a pó.  
Motor: LINEAR  
Bivolt.  
Bateria emergência (voltar posição horizontal).  
Capacidade: até 160kg.  
NÃO ACOMPANHA COLCHÃO.  
Garantia: 03 meses

2 Desfibrilador com Bateria - Ecafix - DF-03B **OU SIMILAR** Portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R".Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo).Circuito anula



carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules. (\*Opcional.: entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias) Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções. Dimensões: 10,5(a) x 39(l) x 35(c) cm. Peso: 8,2 Kg. Fabricação Nacional. Possui registro ANVISA Observações: Todas as imagens dos produtos são ilustrativas. Os produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.

Ratifica-se as demais disposições contidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 08.009/2022, as quais não foram modificadas através do presente instrumento.

Novo Oriente/CE 21 de novembro de 2022.

*Paula de Vasconcelos Pinheiro*  
**Paula de Vasconcelos Pinheiro**

Secretaria de Saúde