



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023
Processo Administrativo Nº 08.015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM
Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

TOTAL DO PROCESSO: **190.000,00**

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71.256.283/0001-85 **190.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 190.000,00 **Total: 190.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: ALTUS DR NS

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A S00 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERISTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1 Val. Ref.: 250.000,00 Valor Unit.: **190.000,00** Total Item: 190.000,00


PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM